

Số: 5011 /QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm đầu ghi holter điện tim

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm đầu ghi holter điện tim

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu ghi holter điện tim

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ dự trù của Trung tâm tim mạch về việc dự trù Mua sắm đầu ghi holter điện tim;

Căn cứ quyết định số 4625/QĐ-BVVT ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm các thiết bị Holter theo dõi điện tim, Holter theo dõi huyết áp, máy điện tim của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp;

Căn cứ Hợp đồng số HD2500204523_2512031043 ký ngày 10/12/2025 giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế DMEC;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt dự toán thu – chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 3597/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/4/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Mua sắm đầu ghi holter điện tim;

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-BVĐKBN2 ngày 22/4/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm đầu ghi holter điện tim;

Căn cứ Quyết định số 4252/QĐ-BVĐKBN2 ngày 11/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Mua sắm đầu ghi holter điện tim thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đầu ghi holter điện tim;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất của Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Mua sắm đầu ghi holter điện tim ngày 01/6/2026;

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế DMEC ngày 28/5/2026;

Xét đề nghị Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm đầu ghi holter điện tim thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Số thư mời thầu: 4304/TM – BVĐKBN2
- Tên gói thầu: Mua sắm đầu ghi holter điện tim.
- Giá gói thầu: **519.800.000 VND** (Năm trăm mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp, một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế DMEC.

- Giá trúng thầu: **519.800.000 VND** (Năm trăm mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu, đồng thời căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa/ phòng/ trung tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Công thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua sắm đầu ghi holter điện tim

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu ghi holter điện tim

(Kèm theo Quyết định số 5011 /QĐ-BVĐKBN2 ngày 02/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Nhãn mác/ký mã hiệu của sản phẩm	Năm sản xuất (máy chính)	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) (máy chính)	Hãng sản xuất (máy chính)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) VND)	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) VND)
1	Đầu ghi holter điện tim	Máy theo dõi điện tim	DigiTrak XT Holter Recorder (DigiTrak XT)	2025 trở về sau	Mỹ	Philips North America LLC- Mỹ	I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Xuất xứ máy chính: Mỹ (thuộc các nước trong nhóm G7) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và CE (Châu Âu) - Nguồn điện sử dụng: Pin AAA 1,5 V - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 45°C + Độ ẩm tối đa: 95% không	Cái	10	9018	51.980.000	519.800.000

ngung tụ

II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN:

1. CẤU HÌNH:

- Máy chính: 01 máy

- Phụ kiện kèm theo:

+ Cáp điện tim 5 điện cực: 01
bộ

+ Kẹp đai xoay: 01 cái

+ Túi đựng máy: 01 cái

+ Pin AAA: 01 cái

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

2. TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN:

2.1 Tính năng chung

- Máy holter theo dõi điện tim
24 giờ giúp bác sỹ đưa ra các
chẩn đoán, đánh giá chính xác
các bệnh lý tim mạch thông
qua dữ liệu ghi lại

- Máy holter điện tim có màn
hình rộng, hiển thị bản đồ điện
cực khi lắp cho bệnh nhân giúp
việc gắn điện cực nhanh và dễ

dàng; hiển thị chỉ báo trạng thái trên màn hình

- Máy có tính năng tự động kiểm tra dung lượng pin mỗi lần khởi động máy

- Tính kháng nước: cho phép máy vẫn hoạt động khi tiếp xúc với 1 lượng nước giới hạn

2.2 Thông số kỹ thuật:

- Đầu ghi holter điện tim cho phép phát hiện tối thiểu các rối loạn: ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, rung nhĩ, loạn nhịp thất, nhanh nhĩ/ chậm nhĩ

- Số kênh ghi: 3 kênh

- Thời gian ghi liên tục: 24 giờ

- Tốc độ lấy mẫu: 175 mẫu/ giây

- Độ phân giải: 10 bits

- Độ khuếch đại tín hiệu có: 1/2X; 1X; 2X

- Có chức năng: kiểm tra dung lượng Pin, thẻ nhớ

- Phát hiện máy tạo nhịp

- Thẻ nhớ tích hợp, không thể tháo rời, ngăn việc mất dữ liệu

						<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình hiển thị kích thước: 44 mm x 22 mm - Cân nặng không bao gồm pin: 62 g - Thời gian tải dữ liệu từ đầu ghi: < 90 giây - Bảo mật có: Mã hóa dữ liệu ECG. - Tương thích với hệ thống Holter theo dõi điện tim Mã hiệu: DigiTrak XT, Nhãn hiệu: Philips, Hãng sản xuất: Philips North America LLC của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2. 				
Tổng cộng: 519.800.000 VND Bằng chữ: Năm trăm mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn										519.800.000